

# Menicon B4PM


## Menicon B4PM

Queratocono descentrado, aplanamiento lento/medio

Astigmatismo, post cirugía refractiva

Uso diario

Reemplazo < 2 años



## Geometría: esfero-esférica

Banda(s) periférica(s): 3 esféricas

Parámetros:

$r_o$  (mm): 7.20 a 9.00 en pasos 0.05 (material Z)  
6.50 a 9.00 en pasos 0.05 (material EX)

$\varnothing_T$  (mm): 11.00 / 11.50 / 12.00

$F^*v$  (D): -25.00 a +25.00 en pasos 0.25

En primera opción:

$\varnothing_T$  (mm): **11.00** /  $\varnothing_0$  (mm): **8.20**

## Material

**Material Z** (Tisilfocon A)

Filtro UV

Tinte de manipulación: azul

**Dk: 163 x 10<sup>-11</sup> ISO**

**Material EX** (Tolofocón A)

Tinte de manipulación: azul

**Dk: 64 x 10<sup>-11</sup> ISO**

## Consejos de adaptación

Calcular a partir de topografía y/o consultar con la asistencia técnica

## Sistema de mantenimiento

Uso diario:

**MeniCare Plus** para la limpieza diaria de las lentes.

**Progent** una vez a la semana para la limpieza intensiva y desproteinización de las lentes.

